

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Անիոգիմ Սիներջի 5	ԱՆԻՈՍ	ANIOSYME SINERGY 5	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող սյուլթեր` պարունակում է N,N- դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ սյուլթեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք

Է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1 լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը

հաստատված լինի ՀՀ
Առողջապահության
Նախարարության կողմից
հաստատված մեթոդական
հրահանգներով), ինչպես նաև
օժտված լինի ակտիվությամբ
հատուկ վտանգավոր վարակների
(ժանտախտի, խոլերայի,
տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի)
հարուցիչների նկատմամբ:
Աշխատանքային լուծույթի
պատրաստման համար պահանջվող
ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ
պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել
քան 25C-ը: Աշխատանքային
լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10
օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված
բազմակի օգտագործման համար:
Մատակարարման պահին
խտանյութի ժամկետի 1/2-ի
առկայություն: Ախտահանիչ նյութի
pH - 7,8-8,8: Վերջնական
օգտագործման համար ստացվող
ախտահանիչ նյութի
աշխատանքային լուծույթի արժեքը
ստանալու համար, հաշվարկները
կատարվելու են համաձայն ՀՀ
Առողջապահության
Նախարարության կողմից

				<p>հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРЧ-ЕЦДЦПДР-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	ANIOSYME SINERGY 5	ANIOS	ANIOSYME SINERGY 5	Laboratoires Anios	Состав - не менее 5 ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннаназа, целлюлаза), ПАВ - МАН, а также эксплуатационные компоненты и другие добавки. Полученные из концентрата рабочие растворы не вызывают ржавления металлов, не повреждают тепло-чувствительные материалы, хорошо отмываются. Применяется из различных материалов для изделий медицинского назначения, в том числе хирургических. (в том числе с трубкой), для ручной

				<p>предстерилизации микрохирургических и стоматологических (в том числе ротационных) инструментов, для ручной пред- и предстерилизации жестких и гибких эндоскопов (наконеч, перед дезинфекцией высокого уровня, для ручной предстерилизации инструментов, прикрепленных к эндоскопам. Моющее средство упаковано в 5-литровую емкость. Моющее средство новое. Неиспользованная заводская упаковка. Наличие срока годности 1/2 для любой поставляемой партии. На моющее средство имеется гарантия компании Storz, Fujinon или производителя медицинского оборудования во избежание выхода оборудования из строя по причине материала. Он будет иметь сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации ЕАЭС, методическую инструкцию по применению Минздрава РА.</p>
--	--	--	--	--