

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2%	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր եւ այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի պիտահանող (ԲՄԱ) եւ մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու

համար: Ախտահանիչ նյութի
pH5,5-6,5: Աշխատանքային
լուծույթը նախատեսված է
բժշկական նշանակության
գործիքների, առարկաների,
Էնդոսկոպների
ախտահանման,բարձր մակարդակի
ախտահանման,մանրէազերծման եւ
սպորազերծման համար:
Ախտահանման տեւողությունը
մինչեւ 10 րոպե: Բարձր մակարդակի
ախտահանման տեւողությունը
10րոպե: Մանրէազերծման եւ
սպորազերծման տեւողությունը
60րոպե: Վտանգավորության
աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա
որակի սերտիֆիկատ եւ ՀՀ ԱՆ
օգտագործման մեթոդական
հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս,
Շտորց, Պենտաքս, Ֆուչի կամ այլ
համաշխարհային ճանաչում
ունեցող բժշկական
սարքավորումներ արտադրող
ընկերություններից
երաշխավորություն
համատեղելիության մասին: Ունենա
որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ
պետական գրանցման վկայական,
ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական

հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
50	STERANIOS 2%	ANIOS	STERANIOS 2%	Laboratoires Anios	Состав: глутаральдегид 2%, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Раствор многоцветный. Раствор можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. Срок годности: 3 года. Средство дезинфицирующее рН 5,5-6,5 предназначено для высокоуровневой дезинфекции и дезинфекции медицинского инструмента. Продолжительность высокоуровневой дезинфекции 10 минут. Степень опасности - 60 минут. 3, 4 класса. Имеют

				сертификат качества и методическую инструкцию Министерства здравоохранения РА. Имеют гарантию совместимости от Olympus, Pentax или других всемирно известных производителей медицинского оборудования. Методические указания по применению Министерства здравоохранения.
--	--	--	--	--