

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	CUVETTES	CUVETTES	CUVETTES	URIT Medical,Electronic Co. Ltd.	Լրակազմ 40*4քանակի կյուվետ,նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզների համար:Կյուվետի չափերը պետք է համապատասխանեն ռեակցիոն խառնուրդի գնդիկի չափսին` 2,38մմ, գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը` 1,8մմ,իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը1 0,7մմ:Մեթոդ`մակարդելիության ժամանակի որոշումը հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա: Սերտիֆիկատ ISO13485







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33					