

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MCS® +	MCS® +	MCS® +	Haemonetics Corporation	Պլազմաֆերեզի սարք Գործողության սկզբունքը՝ ընդհատվող հոսքով ցենտրիֆուգում Պլազմայի անջատման խցիկը՝ զանգակաձև ցենտրիֆուգ Երակային մուտքը՝ մեկ ասեղանի Թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմայի ստացման հնարավորություն Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվի առկայություն Ներկառուցված արյան հաշվիչ Համակարգի հավաքումը և լիցքավորումը՝ ավտոմատ Օդի ցուցիչ՝ ոչ պակաս, քան 3 Ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս, քան 2 Քաշի/ծավալի ցուցիչի առկայություն

				<p>Ցենտրիֆուգային խցիկում հեղուկի արտահոսքի ցուցիչի առկայություն Արյան բաղադրամասերի որակի ավտոմատ ստուգման համար օպտիկական ցուցիչի առկայություն Հակամակարդիչ-արյուն փոխհարաբերությունը ոչ պակաս, քան 1:8-ից 1:16 միջակայքում Ցենտրիֆուգման արագությունը ոչ պակաս, քան 0-7000 պտույտ/րոպե միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕУДЦУТДР-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MCS® +	MCS® +	MCS® +	Haemonetics Corporation	Պլազմաֆերեզի սարք Գործողության սկզբունքը՝ ընդհատվող հոսքով ցենտրիֆուգում Պլազմայի անջատման խցիկը՝ զանգակաձև ցենտրիֆուգ Երակային մուտքը՝ մեկ ասեղանի Թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմայի ստացման հնարավորություն Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվի առկայություն Ներկառուցված արյան հաշվիչ Համակարգի հավաքումը և լիցքավորումը՝ ավտոմատ Օդի ցուցիչ՝ ոչ պակաս, քան 3 Ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս, քան 2 Քաշի/ծավալի ցուցիչի առկայություն

				<p>Ցենտրիֆուգային խցիկում հեղուկի արտահոսքի ցուցիչի առկայություն</p> <p>Արյան բաղադրամասերի որակի ավտոմատ ստուգման համար օպտիկական ցուցիչի առկայություն</p> <p>Հակամակարդիչ-արյուն փոխհարաբերությունը ոչ պակաս, քան 1:8-ից 1:16 միջակայքում</p> <p>Ցենտրիֆուգման արագությունը ոչ պակաս, քան 0-7000 պտույտ/րոպե միջակայքում</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն</p> <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--