

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԳ ՄԵԴԻՔՎԼ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 16 | ՄԵԳ ՄԵԴԻՔՎԼ | Խալաթ ստերիլ | ՄԵԳ ՄԵԴԻՔՎԼ ՍՊԸ | Վիրաբուժական խալաթ սպանբույ կամ SMS նյութից, 42գր/մ ² խտությամբ: Դիմացից անջրաթափանցելիություն ապահովելու համար, ամբողջ բարձրության վրա, 65 սմ լայնքի, կրկնակի պաշտպանիչ շերտ՝ ոչ տոքսիկ, չսահող պաշտպանիչ պոլիէթիլենե թաղանթից: Օձիքը կրկնակի կանթավորված, կարված, թևերը մանժետներով, ամրացումը 4 կապիչներով, որոնք պետք է լինեն կարված թելով և ապահովեն փեշերը իրար վրա գալով ներսից և դրսից ամրացում: Խալաթը չպետք է լինի թափանցիկ և պացիենտի մարմինը չպետք է լինի տեսանելի: Պետք է լինի ստերիլ, ստերիլիզացիայի համար նախատեսված հատուկ պարկի մեջ, ջերմակնքված, մեկ շերտը թղթյա, մյուսը՝ պոլիմերային, մանրէազերծման գունավոր ցուցիչներով: Բացելու համար փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>չկապած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս փաթեթի երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության սոսնձի հատվածից հստակ առանձնանան միմյանցից, որը ապահովում է ստերիլ դաշտի վրա խալաթի անվտանգ բացազատվելը: Փաթեթի վրա պետք է լինի մակնշում արտադրողի, ժամկետների և այլ անհրաժեշտ տվյալներով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕГ МЕДИКАЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 104-ЕЦДЦТДР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 16 | | | | |