

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Tyshak and Z-Med	Tyshak and Z-Med	NuMED	<p>"Կաթետր բալոն նախատեսված ներանոթային եղանակով սրտի փականի պլաստիկայի համար, OTW տիպի, շավթի երկարությունը 65, 70, 90 և 100սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014" / 0,018" / 0,021" / 0,025" / 0,035" ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -5,0 և 7,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: -6,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -9,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ,</p>

ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -10,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 100մմ: -11,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: -12,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 10 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 100մմ: -13,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -14,0 և 15,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -16,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 90մմ: -17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 և 40 մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2-ական չափ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը

				<p>հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EMXUQZP-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	Tyshak and Z-Med	Tyshak and Z-Med	NuMED	"Կաթետր բալոն նախատեսված ներանոթային եղանակով սրտի փականի պլաստիկայի համար, OTW տիպի, շավթի երկարությունը 65, 70, 90 և 100սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014" / 0,018" / 0,021" / 0,025" / 0,035" ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -5,0 և 7,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: -6,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -9,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ,

ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -10,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 100մմ: -11,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: -12,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 10 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 100մմ: -13,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -14,0 և 15,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -16,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 90մմ: -17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 և 40 մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2-ական չափ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը

				<p>հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"</p>
--	--	--	--	---