

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Advisor HD Grid	Advisor HD Grid	Abbott, St. Jude Medical	<p>40 33141136 33141136/600 Կաթետր սենսորային քարտեզագրման Катетр сенсорной топографии Abbott, St. Jude Medical, Advisor HD Grid Սենսորային քարտեզագրման կաթետր 8Fr, նախատեսված նախասրտերի և փորոքների բարցր խտայնություն քարտեզագրման համար, 4 հատվածից բաղկացած ցանցային կառուցվածքով էլեկտրոդներ որոնց մակերեսը ոչ ավել քան 13X13 մմ², էլեկտրոդերի քանակը ոչ պակաս քան 16 հատ, ցանցերի հեռավորությունը ոչ ավել քան 3մմ, երկարությունը ոչ ավել քան 1մմ., կաթետրի օգտագործման երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ., կորը` DF, կաթերը պետք է աշխատի Ensite Precision համակարգով: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ</p>

գործառույնները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: Катетер сенсорной топографии 8Fr, предназначен для высокоплотной топографии предсердий и желудочков, электроды с сетчатой структурой состоящей из 4-х сегментов площадью не более 13X13 мм², количество электродов не менее 16, расстояние сети не менее более 3 мм, длина не более 1 мм. Длина используемого катетера не менее 105 мм., кривизна DF, Катетер должен работать с системой Ensite Precision. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В

				<p>случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. штп штука 1,338,750.0 4 5,355,000</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
40	Advisor HD Grid	Advisor HD Grid	Abbott, St. Jude Medical	<p>40 33141136 33141136/600 Կաթետր սենսորային քարտեզագրման Катетр сенсорной топографии Abbott, St. Jude Medical, Advisor HD Grid Սենսորային քարտեզագրման կաթետր 8Fr, նախատեսված նախասրտերի և փորոքների բարցր խտայնություն քարտեզագրման համար, 4 հատվածից բաղկացած ցանցային կառուցվածքով էլեկտրոդներ որոնց մակերեսը ոչ ավել քան 13X13 մմ², էլեկտրոդների քանակը ոչ պակաս քան 16 հատ, ցանցերի հեռավորությունը ոչ ավել քան 3մմ, երկարությունը ոչ ավել քան 1մմ., կաթետրի օգտագործման երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ., կորը` DF, կաթերը պետք է աշխատի Ensite Precision համակարգով: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ</p>

գործառույնները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: Катетер сенсорной топографии 8Fr, предназначен для высокоплотной топографии предсердий и желудочков, электроды с сетчатой структурой состоящей из 4-х сегментов площадью не более 13X13 мм², количество электродов не менее 16, расстояние сети не менее более 3 мм, длина не более 1 мм. Длина используемого катетера не менее 105 мм., кривизна DF, Катетер должен работать с системой Ensite Precision. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В

				<p>случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. штп штука 1,338,750.0 4 5,355,000</p>
--	--	--	--	--