

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Amplatz	Amplatz	Abbott, St. Jude Medical	<p>Չափումների բալուն, նախատեսված է ներսրտային օկլյուդրների տեղադրման ժամանակ միջնապատի դեֆեկտի չափման համար, չափսերը՝ երկարությունը 3,5սմ, տրամագիծը 18մմ՝ մինչև 20մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 6ֆռ; երկարությունը 4,5սմ, տրամագիծը 24մմ՝ մինչև 27մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 7ֆռ, երկարությունը 5,5սմ, տրամագիծը 34մմ՝ մինչև 40մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 8ֆռ: Աշխատանքային երկարությունը 70սմ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները.</p> <p>Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար</p>

				<p>արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին:</p> <p>Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	Amplatzer	Amplatzer	Abbott, St. Jude Medical	Չափումների բալոն, նախատեսված է ներսրտային օկյուղրների տեղադրման ժամանակ միջնապատի դեֆեկտի չափման համար, չափսերը՝ երկարությունը 3,5սմ, տրամագիծը 18մմ՝ մինչև 20մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 6ֆռ; երկարությունը 4,5սմ, տրամագիծը 24մմ՝ մինչև 27մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 7ֆռ, երկարությունը 5,5սմ, տրամագիծը 34մմ՝ մինչև 40մմ դեֆեկտի չափման հնարավորությամբ, շավթը 8ֆռ: Աշխատանքային երկարությունը 70սմ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար

				<p>արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին:</p> <p>Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--