

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Ranger	Բոստոն Ranger	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, առաքման համակարգը OTW, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 2մկգ/մմ<sup>2</sup>, շավթի երկարությունը՝ 80, 90, 100, 135, 150սմ, համատեղելի 0,014",0,018" ուղղորդիչների հատ, բալոնի նյութը՝ պեբակս, նոմինալ ճնշումը՝ 6 ատմ., ծայրի պրոֆիլի միջինացված չափը՝ 0,020", ռենտգենկոնտրաստային 2 մարկերի առկայություն: Բալոնի չափսերը՝ -տրամագիծը՝ 4,00; 5,00; 6,00; 7,00 - երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 200մմ; Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին,</p>

				<p>ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Ranger	Բոստոն Ranger	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, առաքման համակարգը OTW, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 2մկգ/մ<sup>2</sup>, շավթի երկարությունը՝ 80, 90, 100, 135, 150սմ, համատեղելի 0,014",0,018" ուղղորդիչների հատ, բալոնի նյութը՝ պեբակս, նոմինալ ճնշումը՝ 6 ատմ., ծայրի պրոֆիլի միջինացված չափը՝ 0,020", ռենտգենկոնտրաստային 2 մարկերի առկայություն: Բալոնի չափսերը՝ -տրամագիծը՝ 4,00; 5,00; 6,00; 7,00 - երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 200մմ; Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին,</p>

				<p>ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---