

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Բոստոն Stent Wallstent Uni	Բոստոն Stent Wallstent Uni	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը 75սմ և 135սմ, համատեղելիություն 0,035" ուղղորդիչի հետ, ռենտգենոկոնտրաստային մարկերներ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 և 16,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագծերը՝ 18,0; 20,0; 22,0 և 24,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 70մմ:</p> <p>Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,</p>

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
73	Բսսոոն Stent Wallstent Uni	Բսսոոն Stent Wallstent Uni	Բսսոոն Սայենտիֆիկ	<p>Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը 75սմ և 135սմ, համատեղելիություն 0,035" ուղղորդիչի հետ, ռենտգենոկոնտրաստային մարկերներ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 և 16,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագծերը՝ 18,0; 20,0; 22,0 և 24,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 70մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,</p>

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---