

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Endurant	Endurant	Medtronic	<p>"Ստենտ գրաֆտ առաքման համակարգով, ճյուղավոր, ռենտգենկոնտրաստ մարկերներով, նախատեսված որովայնային աորտայի անրիզմաների վերականգնման համար, ստենտի կյուրը կիտիկոլ: Չափսերը`</p> <p>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 23մմ և 25մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 13մմ և 16մմ, ծածկված երկարությունը 124մմ, 145մմ և 166մմ, կաթետրը 18Fr,</p> <p>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 28մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 13մմ, 16մմ և 20մմ, ծածկված երկարությունը 124մմ, 145մմ և 166մմ, կաթետրը 18Fr,</p> <p>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 32մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 16մմ և 20մմ, ծածկված երկարությունը 124մմ, 145մմ և 166մմ, կաթետրը 20Fr,</p> <p>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 36մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 16մմ և 20մմ, ծածկված</p>

				<p>Երկարությունը 145մմ և 166մմ, կաթետրը 20Fr: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:"</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
58	Endurant	Endurant	Medtronic	"Стент-графт с системой доставки, бифуркационный, для восстановления аневризмы брюшной аорты, материал стента нитинол, имеет рентгенконтрастные маркеры. Размеры: - диаметр проксимального графта 23мм и 25мм, диаметр дистального графта 13мм и 16мм, покрытая длина 124мм, 145мм и 166мм, катетр 18fr. - диаметр проксимального графта 28мм, диаметр дистального графта 13мм, 16мм и 20мм, покрытая длина 124мм, 145мм и 166мм, катетр 18fr. - диаметр проксимального графта 32мм, диаметр дистального графта 16мм и 20мм, покрытая длина 124мм, 145мм и 166мм, катетр 20fr. - диаметр проксимального графта 36мм, диаметр дистального графта 16мм и 20мм, покрытая длина 145мм и 166мм, катетр 20fr. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить

				сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем."
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------