

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |          |                        |  |
|--------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 59                 | Endurant            | Endurant | Medtronic              | <p>"Ստենտ գրաֆտ առաքման համակարգով, որը հանդիսանում է որովայնային աորտայի անևրիզմաների վերականգնման համար նախատեսված ճյուղավոր ստենտ գրաֆտի վերջույթ, նյութը նիտինոլ, ռենտգենկոնտրաստ մարկերներով: Չափսերը</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 16մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 10մմ, 13մմ և 16մմ, ծածկված երկարությունը 82մմ, 93մմ և 124մմ կաթետրը 14Fr,</li> <li>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 16մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 10մմ, 13մմ և 16մմ, ծածկված երկարությունը 156մմ և 199մմ կաթետրը 16Fr,</li> <li>-Պրոքսիմալ գրաֆտի տրամագիծը 16մմ, դիստալ գրաֆտի տրամագիծը 20մմ, 24մմ և 28մմ, ծածկված երկարությունը 82մմ, 93մմ, 124մմ, 156մմ և 199մմ կաթետրը 16Fr: Ապրանքի մատակարարման փուլում</li> </ul> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից<br>ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,<br>ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ,<br>ծագման սերտիֆիկատ:" |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |          |                            |   |
|------------|--------------------|----------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 59         | Endurant           | Endurant | Medtronic                  | "Стент-графт с системой доставки, который является конечностью бифуркационного стент графта для восстановления аневризмы брюшной аорты, материал стента нитинол, имеет рентгенконтрастные маркеры. Размеры: - диаметр проксимального графта 16мм, диаметр дистального графта 10мм, 13мм и 16мм, покрытая длина 82мм, 93мм и 124мм, катетр 14fr. - диаметр проксимального графта 16мм, диаметр дистального графта 10мм, 13мм и 16мм, покрытая длина 156мм и 199мм, катетр 16fr. - диаметр проксимального графта 16мм, диаметр дистального графта 20мм, 24мм и 28мм, покрытая длина 82мм, 93мм и 124мм, 156мм и 199мм, катетр 16fr. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | авторизационное(гарантийно-уполномоченное)<br>письмо, сертификат происхождения, предстваленные<br>производителем." |
|--|--|--|--|--|