

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Terumo	Eliminate	.	Terumo	<p>"Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը 1.7մմ, պրոքսիմալ 1.4մմ: Մակերևույթը՝ քաշող դիստալ մասում 0.79մմ2., պրոքսիմալ հատվածում 0.95մմ2. մուտքի պրոֆիլը 0.019"": Հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեզմենտը RX= 23սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականները առկա են: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,</p>

					առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Terumo	Eliminate	.	Terumo	«Аспирационный катетер, дистальный размер 1,7 мм, проксимальный 1,4 мм. Поверхность: тракционная дистальная 0,79 мм <sup>2</sup> , проксимальная 0,95 мм <sup>2</sup> . Входной профиль 0,019 дюйма». Гидрофильная оболочка 40 см, рабочий сегмент RX = 23 см. МАРКИРОВКА CE Качество для любой поставляемой партии. Сертификаты имеются. доступный, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает характеристики, характеристики и

					инструкцию по применению. Срок годности на момент поставки составляет 70%.
--	--	--	--	--	--