

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կատետերի երկարությունը 143-145սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, X քրթինգ ծածկույթով աշխատանքային հատվածում, նոմինալ ճնշումը 1216ԿՊա-1225, Մաքսիմալ ճնշումը 2229ԿՊա-ից ոչ պակաս 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026ԿՊա-ից ոչ պակաս 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամաբծով բալոնների համար,,: բալոնները եռաթև են: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող

				<p>չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի չափերից կաթետերի պահնջվող չափերն են ըստ երկարության 6մմ; 8.0; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ; 30մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦ12Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Цилиндр с нерасширяющимся корпусом, длина катетера 143-145см, гидрофильное покрытие, X-покрытие рабочей зоны, номинальное давление 1216КПа-1225, Максимальное давление не менее 2229КПа для баллонов диаметром от 2,0 до 4,0мм, не менее 2026КПа Для цилиндров диаметром от 4,5мм до 5,0мм цилиндры трехлопастные. Диаметр входного наконечника 0,43мм. В зависимости от величины диаметра оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по

				<p>диаметру составляют: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размеров поврежденной части сосуда необходимые размеры катетера составляют длину 6 мм; 8,0; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм. Для любой партии необходимы сертификаты качества CE MARK или FDA. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки имеется срок годности не менее 75%. Клиент имеет право вернуть или изменить размер. товара на другой размер по мере необходимости, при наличии хотя бы всего срока годности товара. 50%.</p>
--	--	--	--	---