

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Terumo	Ryujin Plus	.	Terumo	<p>Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ ընդլայնվող գնդանոթներով: Կատթերի երկարությունը ` ոչ ավել քան 145սմ: Մուտքի ծայրի տրամագիրը` ոչ ավել քան 0.43մմ: Ճածկույթը` հիդրոֆիլ: Բալոնները ոչ պակաս քան եռաթև : Աշխատանքային մաքսիմալ ճնշումը մինչև 3.0մմ տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 14 Ատմ., իսկ 3.5մմ -ից ավել տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 12 Ատմ.: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից` ըստ</p>

				<p>պահանջվող տրամագծի՝ 1.25-4.0 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպը ըստ պահանջվող երկարությունների՝ 10-40մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալուն-կաթետերի տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20494-ЕЦДЦ72Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Terumo	Ryujin Plus	.	Terumo	Сердечно-сосудистые баллонные катетеры с расширяемыми баллонами. Длина катетера не более 145 см. Диаметр входного кончика не более 0,43 мм. Цилиндры не менее трехплечие и более. более 3,5 мм при диаметре не менее 12 Атм.: в зависимости от особенностей сосуда больного во время операции, по необходимому диаметру: в пределах 1,25-4,0 мм в зависимости от типа сердечно-сосудистого цилиндра-катетера, по необходимая длина: в диапазоне 10-40 мм, в зависимости от типа

				<p>сердечно-сосудистого цилиндра-катетера. Любая поставляемая партия имеет сертификаты качества CE MARK или FDA. в неиспользованном виде, в заводской стерильной упаковке. В комплект поставки входят характеристики, характеристики и инструкция по применению. Срок годности не менее 75% имеется на момент доставки. Покупатель имеет право вернуть или изменить размер товара при необходимости. не менее 50% всего срока годности продукции.</p>
--	--	--	--	---