

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Terumo	NS Floppy	.	Terumo	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված հատուկ ծածկույթով, ծայրի քաշը 0.6;1.0 գրամ/թույլատրելի շեղում 5%/, լարի անցումը ծայրին 2մմ/թույլատրելի շեղում 5%/ պատված սիլիկոնով,ռենտգենոկոնտրաստ հատվածը 2-3սմ, լարի երկարությունը 180-185սմ, տրամագիծը 0.014° 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող

				<p>մետաղից:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ուղղորդիչ լարը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագույնը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУРРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Terumo	NS Floppy	.	Terumo	Направляющая проволока с гидрофильным покрытием, пружина наконечника из платины, остальная часть пружины из нержавеющей стали, переход к пружине покрыт специальным покрытием из никель-титана, вес наконечника 0,6;1,0 грамма/допустимое отклонение 5%/, переход проволоки к наконечнику 2 мм/ допустимое отклонение 5%/ покрыто силиконом, рентгеноконтрастное сечение 2-3см, длина провода 180-185см, диаметр 0,014±0,36мм,

				<p>сечение провода из нержавеющей стали. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK. Обязательно в заводской стерильной упаковке который должен быть помещен в коробку. Направляющая проволока должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. На момент доставки весь 75% срока годности доступно. Конечный потребитель, указанный заказчиком, имеет право вернуть или обменять полученный размер на другой размер, по мере необходимости, только если доступно не менее 50% от всего срока годности поставленного товара. . В противном случае поставщик имеет право потребовать оплату поставленной продукции.</p>
--	--	--	--	--