

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Terumo	Finecross	.	Terumo	Միկրոկաթետր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 0.018", պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում՝ 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է,

					<p>չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦ12Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Terumo	Finecross	.	Terumo	Микрокатетер, внутренний диаметр дистально 0,018", проксимально 0,021", наружный диаметр дистально 1,8", проксимально 2,6" - для обеспечения высокой проходимости. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые длины составляют: 130см, 150см. Формат: шт. Сертификат качества CE MARK имеется. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по

					применению в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--	--