# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 56 | 1.MEDLINE 2.Ansell 3.EPIC | 1.Medline Signature Latex Ortho կամ Medline Signature Latex Micro 2.Medi-Grip PF կամ Gammex 3.EPIC Surgery Gloves STERILE | 1.MEDLINE 2.Ansell 3.EPIC | Վիրահատական ձեռնոց, բնական լատեքսից, թույլ փոշեպատ կամ առանց փոշի, մանրէազերծված գամմա ճառագայթային մեթոդով, չափսը 6,5 զույգով, որը համարվում է մեկ միավոր, կրկնակի փաթեթավորում, առաջինը հատուկ թուղթ, երկրորդը՝ արտաքին փաթեթավորումը, պոլիմերային, մի կողմը թափանցիկ, մյուս կողմի վրա բոլոր տվյալների պարտադիր նշագրումով (արտադրող, արտադրման ժամկետ, ստերիլիզացիայ մեթոդ, նյութը, չափսը, թույլ փոշեպատ լինելու մասին տվյալ): Բացելու համար արտաքին փաթեթի վերին հատվածում պետք է լինի իրար չկպած հատված երկու շերտը առանձին բռնելու համար: Բացելիս առտաքին փաթեթավորման երկու շերտերը պետք է առանց պատառոտվելու և վնասվելու, առանց դժվարության, սոսնձի հատվածից հստակ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | առանձնանան միմյանցից , որը ապահովում է վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու ֆունկցիան: CE որակի հավաստագրի առկայություն: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 56 | 1.MEDLINE 2.Ansell 3.EPIC | 1.Medline Signature Latex Ortho կամ Medline Signature Latex Micro 2.Medi-Grip PF կամ Gammex 3.EPIC Surgery Gloves STERILE | 1.MEDLINE 2.Ansell 3.EPIC | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные или неопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 6,5 парами, которое считается одной единицей, двойная упоковка,начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE |