

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթլ» ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Eurosets	Trilly Pediatric AF AG5232	Eurosets	Արյան արհեստական շրջանառության ժամանակ կիրառվող մանկական օքսիգենատոր, գործարանային կոմպլեկտավորումով, նախատեսված մինչև 40կգ քաշով պացիենտի համար: Ներկառուցված արտերիալ ֆիլտրով, ջերմափոխանակիչի նյութը` չժանգոտող պողպատ, մաքսիմալ արյան հոսքը 3,5լ/րոպե, օքսիգենատորի տարողունակության ծավալը` (Prime volume) ոչ ավել քան 130մլ, գազափոխանակման մեմբրանի մակերեսը ոչ ավել քան 1,1մ ² , ջերմափոխանակիչի մակերեսը ոչ ավել քան 0,04մ ² , արտերիալ ֆիլտրի մակերեսը ոչ ավել քան 225սմ ² , ռեգերվուարի ծավալը HVR 2200մլ, արտերիալ ֆիլտրը երկշերտ` ոչ ավել քան 80μm + 38μm ցուցանիշներով: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույնները. -յուրաքանչյուր

			<p>խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <ul style="list-style-type: none">-արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, -արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի(Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով,-ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{LUP4-EU}\text{XU}\text{QF-25/35}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Eurosets	Trilly Pediatric AF AG5232	Eurosets	Оксигенатор детский, используемый при искусственной кровотоке, в заводской комплектации, предназначен для пациентов до 40кг. Со встроенным артериальным фильтром, материал теплообменника: нержавеющая сталь, максимальный кровоток 3,5л/мин, объем емкости оксигенатора (Prime volume) не более 130мл, площадь газообменной мембраны не более 1,1м ² , площадь теплообменника не более 0,04 м ² , площадь артериального фильтра не более 225см ² , объем резервуара HVR 1200мл, артериальный фильтр двойной: с показателями не более 80μm + 38μm. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: - в каждом случае бракованного товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю,

				<p>получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. - в случае производственного брака заменить товар на новый, - в случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую, -замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев.</p>
--	--	--	--	---