# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Eurosets | Horizon AF Plus AG5300 | Eurosets | Արյան արհեստական շրջանառության ժամանակ կիրառվող մեծահասակի օքսիգենատոր, գործարանային կոմպլեկտավորմամբ, նախատեսված մինչև 180կգ քաշով պացիենտի համար: Ներկառուցված արտերիալ ֆիլտրով, ջերմափոխանակիչի նյութը `չժանգոտվող պողպատ, մաքսիմալ արյան հոսքը 7լ/րոպե, օքսիգենատորի տարողունակության ծավալը` (Priming volume) ոչ ավել քան 225մլ, գազափոխանակման մեմբրանի մակերեսը` ոչ ավել քան 1,65մ², ջերմափոխանակիչի մակերեսը ոչ ավել քան 0.08մ², արտերիալ ֆիլտրի մակերեսը ոչ ավել քան 230սմ², ռեզերվուարի ծավալը HVR 4500մլ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Eurosets | Horizon AF Plus AG5300 | Eurosets | Оксигенатор для взрослых, используемый при исскуственной крововращении, в заводском комплектации, предназначен для пациентов до 180кг. Со встроенным артериальным фильтром, материал теплообменника: нержавеющая сталь, максимальный кровоток 7л/мин, объем емкости оксигенатора (Prime volume) не более 225мл, площадь газообменной мембраны не более 1,65м², площадь теплообменника не более 0,08м², площадь артериального фильтра не более 230см², обем резервуара HVR 4500мл. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. |