

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HumaCount 5DԱրյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ- նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 5D-ի հետ HC5D-Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկե

					տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III :
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАУ72Р 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	HumaCount 5DԱրյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ- նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 5D-ի հետ HC5D-Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկե

					տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III :
--	--	--	--	--	---