

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուց վածքաքանդման ենթարկող DIFF տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջջիչների) տարբերակման նպատակով HC5D-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10

					շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF- ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕԱԱՊԶԲ 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող DIFF տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով HC5D-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10

					շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF- ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	--	--	--