

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                     |                        |   |
|--------------------|--|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 6                  | "WEGO Blood Purification Business Group / Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co/Farmasol Tibbi Ürünler San.Tic.A.Ş./Lepu Medical Technology" | Արյունատար գիծ      | Արյունատար գիծ         | Արյունատար մագիստրալներ ( զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 161մլ, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթամաբ մանրեագերծում, չի պարունակում լատեքս: ISO և CE սերտիֆիկատներն առկա են: Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᄁᄁᄁᄁ-ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 6          |                        |               |                            |                            |