

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՐՈՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS Medical	SWS-6000	SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը` - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո` ազդանշանի ապաստիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը - 10%: Ահագանգի սահմանները->0,35մ/ր արյունHC T 25% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո` ազդանշանի պաստիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ծավալը ղեկավարվում է

բալանսավորման խցիկի կողմից,  
ոլտրաֆիլտրացիոն պոմպի  
միջոցով: 2.Միային  
ոլտրաֆիլտրացիա (Bergstrom):  
Աշխատանքային սահմանները -  
0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-±  
0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական  
համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ  
ավելի: Ձայնային ազդանշանի  
ապասկտիվացում- Այո`  
ազդանշանի ապասկտիվացման  
կոճակով: Ջերմաստիճանի  
կարգավորման տիրույթները -33-40  
°C. Դիալիզատորում ջերմաստիճանի  
թույլատրելի շեղումները- + 0,5  
°Cից-1,5 °C. Սահմանները- ± 1°C  
(առաջադրված արժեքի  
նկատմամբ). Մաքսիմալ  
ջերմաստ.պաշտպանություն- 41. °C  
Պաշտպանական համակարգ-  
Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային  
ազդանշանի ապասկտիվացում-  
Այո` ազդանշանի  
ապասկտիվացման կոճակով:  
Հաղորդականություն- Ղեկավարվող  
Հաղորդականություն:  
Աշխատանքային սահմանները-  
Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,  
4-7մՍ/սմ: Ընդհանուր

Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թուլլատրելի շեղումները-  $\pm 0,2$  մՍ/ մ Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում  $25^{\circ}\text{C}$  ).  
Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ  
Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով  
Սահմանները-  $\pm 4\%$  ( առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաստիվացման կոճակով:  
Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր : DF Թուլլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$ , 300-800մլ/ր դեպքում:  
Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP). Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս.  
Սահմանների պատուհան- կարգավորելի (2%-99%).  
Թուլլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թուլլատրելի շեղումները-  $\pm 50$  մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ

կանգնման համակարգով. 1. Երբ դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար: Պոմպի հաճախությունը - 50-600մլ/ր(8/12մմ) 50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է 10մլ քայլով: Աշխատանքային ճնշման սահմանները - Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս, Ելնող ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս : Հեպարինի պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ ներարկիչների համար: Պոմպի հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ 0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս: 600մլ/ժ Թուլլատրելի շեղումները- < ±10% Ճնշման սահմանները- 0 մինչև +480mmHg: ՕդիԴետեկտոր SAD- SAD : Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ սկսած >50μl, ՍահմաններըԵրկասեղանիռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք: Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ-

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

«ՖՐՈՆԹ ԼՈՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆՏ» ՍՊԸ  
ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004ԲԿ-իայդեք աշխատանքի համար 25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD. Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա-տողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը նոր է, չօգտագործված, 2023 թ արտադրության, ներառում է իր արտադրողի համար և ապահովում է ապահովագրության և տեղափոխման համար անհրաժեշտ փայտեղակալները:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: