

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիվանդների կարդ իմոնիտորինգայի ն համակարգ՝ կենտրոնական կայաններով	Հիվանդների կարդ իմոնիտորինգայի ն համակարգ՝ կենտրոնական կայաններով	Հիվանդների կարդ իմոնիտորինգայի ն համակարգ՝ կենտրոնական կայաններով	Հիվանդների մոնիտոր Էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15'' , գուևավոր հպումային, LCD: Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են `ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, EtCO2 S-T սեգմենտի և առնվազն 16 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընրություն ` x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)` 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում` 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում ` 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում `1-25 Hz Ուժեղ ռեժիմում 5-20 Hz Սրտի զարկերի միջակայքը

				bpm` Մեծահասակների դեպքում` 15-300 bpm Մանկական և նորածին` 15-350 bpm RESP Մեթոդը` Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդանս Միջակայքը` Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL,LL-RL Չափման միջակայքը` 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)` 6.25, 12.5, 25</p> <p>SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2017 Չափման</p> <p>միջակայքը` 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին` <math>\pm 3</math> %</p> <p>Պերֆուզիան ինդեքս` 0.05-20 % Չարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) - 25-250 NIBP Մեթոդը` Ավտոմատ</p> <p>օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները` Manual / Auto / STAT Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min Պարամետրներ` Systolic, Diastolic, Mean Սիստոլիկ</p> <p>միջակայք (mmHg)` -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական- 30-230 -Նորածնային- 30-145 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)` -Մեծահասակ - 10-220 -Մանկական- 10-165</p> <p>-Նորածնային- 10-105 Միջին միջակայք(mmHg)` -Մեծահասակ - 10-240 -Մանկական- 10-175 -Նորածնային- 10-115 TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2018 Միջակայք` 0-50 °C (41 to 122 °F)</p> <p>Պարամետրներ` T1, T2, and TD ԿԱՊԵԼԱՆԳԻՄԵՏԻ ՄՈՂՈՒԼ Չափման մեթոդ - ինֆրակարմիր կլանում Հիմնական տեխնոլոգիա EtCO2 միջակայքը 0-ից 150 մմ Hg, (0-20%) RR միջակայքը 0 - 120 1 / րոպե APNEA ահագանգ` օգտագործողի կողմից ընտրված</p> <p>սահմանաչափերով` առնվազն 5-ից 40 վայրկյան: Տվյալների պահպանում առնվազն թրեկը` 168 ժամ</p> <p>Ահագանգեր` 200 ֆիզիոլոգիական ահագանգ, 100
--	--	--	--	--

				տեխնիկական ահագանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1000 խումբ: Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը առնվազն 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ RJ45, USB, քույրի կանչ Ամբողջական համակարգը պետք է բաղկացած լինի 10 հիվանդի մոնիտորից, որոնցից թվով 9 մոնիտորը ուենա EՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, EtCO2 հագեցվածությունը, իսկ 1 մոնիտորը EՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, IBP, EtCO2+BIS+NMT: Համակարգը պետք է ներառի նաև մոնիտորների կենտոնական կայան թվով 2 ստացիոնար՝ ոչ պակաս, քան 32" տվյալների արտացոլման Full HD հեղուկ բյուրեղային էկրան (պատին ամրացման հնարավորություն), կայան և 1 շարժական կայան: Ստացիոնար կայանների համակարգիչները (2 հատ) առնվազն պետք է բավարարեն հետևյալ պարամետրերը՝ Core i5 11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD: Առաջարկվող հիվանդի մոնիտորի հետ համատեղելի տպիչ-1 հատ: Լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի նաև՝ Պատի ամրակ- 10 հատ Միանգամյա օգտագործման օդուղիների ադապտեր paed./adult_Mainstream mod. - 20 հատ: Բազմակի օգտագործման Reusable SpO2 սենսոր - 10 հատ: SpO2 երկարացման մալուխ - 10 հատ: 5-կապար EՍԳ մալուխ - 10 հատ: Մեծահասակների համար նախատեսված NIBP բազմակի օգտագործման մանժետների հավաքածու-10 հատ Կրկնակի օգտագործման NIBP մանկական բռունցքների հավաքածու-10 հատ Միանգամյա օգտագործման NIBP նորածնային բռունցքների հավաքածու -10 հատ Կրկնակի
--	--	--	--	--

				օգտագործման ունիվերսալ խոռոչի ջերմաստիճանի սենսոր – 10 հատ Կրկնակի օգտագործման մանկական մաշկի ջերմաստիճանի ցուցիչ -10 հատ NIBP երկարացման խողովակ 2,5 մ – 10 հատ Կրկնակի օգտագործման ջերմաստիճանի զոնդ – 10 հատ: Օգտագործման ձեռնարկԲոլոր ներկայացված սարքավորումները նոր են, չօգտագործված: Բոլոր սահմանված սարքավորումները միասին կազմում են հիվանդի կարդիոմոնիտորինգային համակարգի անբաժանելի մաս և պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն և կարգաբերվեն վաճառողի կողմից որպես բնութագրով սահմանված միասնական համակարգ: Ուղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Կենտրոնական կայաններով հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգի և նրա սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 730 օրացույցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ համակարգը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ: Մատակարարման ենթակապետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, չլինի վերաթողարկված (not refurbished): Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով
--	--	--	--	---

				որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	---

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EDXA7QF-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				