

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ստենտի արտաքին տեսքը՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7:</p> <p>Մոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի նյութ՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմուս ստենտի մակերեսի մեկ մմ²-ի համար: Դեղորայքի հեռացում՝ իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ: Առաքման համակարգի բալոնային կաթետեր՝ համատեղելի բալոնային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար</p>

Են:Նոմինալ ճնշում՝ 11 ատմ (1117 կՊա): Պայթեցման ճնշում՝ 2.25 - 2.75մմ՝ 18 ատմ (1827 կՊա),3.00 - 4.00 մմ ՝16 ատմ (1620 կՊա) Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 2.25 - 3.50 մմ՝ 0.074մմ; 4.00 մմ՝ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.44 մմ: Ստենտի միջին պրոֆիլը՝ 0.98 մմ: Համակարգի ընդհանուր երկարությունը՝ 144 սմ: Հեռավոր մասի ծածկույթ՝ հիդրոֆիլ: Բալոնի և հեռավոր մասի նյութ՝ PEBAX: Ուղղորդիչ կաթետերի համատեղելիությունը՝ 5F: Դասավորվածություն՝ 5 թերթիկների տեսքով: Ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներ՝ պլատինե իրիդիում: Մարկերի երկարությունը՝ 1 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի

				<p>առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ստենտի արտաքին տեսքը՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7:</p> <p>Ստոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի նյութը՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմոլու ստենտի մակերեսի մեկ մմ²-ի համար:</p> <p>Դեղորայքի հեռացում՝ իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ: Առաքման համակարգի բալունային կաթետեր՝ համատեղելի բալունային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար</p>

Են:Նոմինալ ճնշում՝ 11 ատմ (1117 կՊա): Պայթեցման ճնշում՝ 2.25 - 2.75մմ՝ 18 ատմ (1827 կՊա),3.00 - 4.00 մմ՝16 ատմ (1620 կՊա) Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 2.25 - 3.50 մմ՝ 0.074մմ; 4.00 մմ՝ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.44 մմ: Ստենտի միջին պրոֆիլը՝ 0.98 մմ: Համակարգի ընդհանուր երկարությունը՝ 144 սմ: Հեռավոր մասի ծածկույթ՝ հիդրոֆիլ: Բալոնի և հեռավոր մասի նյութ՝ PEBAX: Ուղղորդիչ կաթետերի համատեղելիությունը՝ 5F: Դասավորվածություն՝ 5 թերթիկների տեսքով: Ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներ՝ պլատինե իրիդիում: Մարկերի երկարությունը՝ 1 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի

				<p>առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--