

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	INFINITY/SUPER TORQUE/DC/Tempo	Cardinal Health / Cordis	<p>Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան: Ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետրի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr կամ 5,2Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրի պահանջող երկարություններն են 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ (թուլյատրեյի տատանումը՝ $\pm 2\%$)՝ ըստ համապատասխան ձևերի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրի ծայրի ձևերն են՝ Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու</p>

| պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-8-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	INFINITY/SUPER TORQUE/DC/Tempo	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան: Ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետրի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr կամ 5,2Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրի պահանջող երկարություններն են 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ (թուլյատրեյի տատանումը՝ $\pm 2\%$)՝ ըստ համապատասխան ձևերի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրի ծայրի ձևերն են՝ Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու

		պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	---