

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	GLUCOSE	GLUCOSE	GLUCOSE	Bio Lab Diagnostics Ltd / PZ Cormay S.A.	Գյուլկոմետրի թեստ երիզներ :Contur plus շաքարաչափի համար:Չափման ժամանակահատվածը` 5 վրկ: Չափման միջակայքը` 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը`0,6մլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան` 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան` 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն` 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը`0-70%: Գործառնական բարձրություն` ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ.

				<p>ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ 25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					