

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	BIL DIRECT	ACCENT	CORMAY	<p>Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու                      Նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ                      բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 220                      թեստ: Փաթեթավորում` ACCENT MC240 վերլուծիչների                      համար նախատեսված թափանցիկ տարայով:                      Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240                      ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը                      իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված                      մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա                      Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%                      առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8°C ISO                      9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For                      IVD use only</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦДЦТДР-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13				