

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	SERUM HN	ACCENT	CORMAY	<p>Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար</p> <p>Ֆորմատ`5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց:</p> <p>Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8°C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦДЦТДР-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
26				