

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Polyester	RTMed	RTMed	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է

գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող 30մմ -36մմ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արժաճում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թղվառի Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Polyester	RTMed	RTMed	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Нить стерильная хирургическая тканая, неабсорбируемый ПОЛИФИЛОМЕНТ. Метрический размер от 3 метров до условного размера 2/0 длина нити 90 см. игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного высококачественного нержавеющей сплава ,покрыта двойным слоем силикона,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно

				<p>уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такую конструкцию /специальные продольные канавки в части захвата иглой/, благодаря которой она надежно фиксируется в игле. Прокалывание иглы 30-36 мм. Стерильный внутренняя вставка со строчкой должна содержать маркировку, на которой указаны название строчки, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя, код Матрицы, условный и метрический размер нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл. срок годности, условия хранения. Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Эквивалентно RTMed korea или B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--