

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Polyester	RTMed	RTMed	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԵՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

Համաձուլվածքի որակը չպետք է  
զիջի AISI դասակարգումով 300  
սերիայի համաձուլվածքների  
որակին:Ասեղը պետք է ունենա  
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ  
երկայնակի ակոսիկներ  
ասեղնաբռնիչով բռնելու  
մասում/,որի շնորհիվ  
վստահելիֆիքսվում է  
ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող  
35մմ -40մմ:Ստերիլ կարանյութով  
ներքին ներդիրը պետք է  
պարունակի մակնշում,որն  
արժածում է կարանյութի  
անվանումը, բաղադրությունը,  
ապրանքային նշանը,արտադրողի  
ապրանքանշանը, արտադրողի  
անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի  
պայմանական և մետրիկ  
չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի  
քանակը, ասեղի երկարությունը  
,ասեղի տեսակը, կորությունը  
,ասեղների  
քանակը:պիտանելիության  
ժամկետը,պահպանման  
պայմանները:ISO13485 և CE կամ  
FDA սերտիֆիկատների  
առկայությունը պարտադիր է:  
Համարժեք լինի RTMed korea կամ



B/BRAUN



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թիվիսի Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Polyester	RTMed	RTMed	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Нить стерильная хирургическая тканая, не впитывается . Должен быть изготовлен из полиэстера. Метрический размер от 3 метров условный размер 2 Длина нити 90 см. игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного высококачественного нержавеющей сплава ,покрыта двойным слоем силикона,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно

				<p>уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такую конструкцию /специальные продольные канавки в части захвата иглой/, благодаря которой она надежно фиксируется в игле. Прокалывание иглы 35 мм -40 мм. Внутренняя вставка со стерильным стежком должна содержать маркировку, на которой указаны название стежка, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя, код Матрицы, условный и метрический размер нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл. срок годности, условия хранения. Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Эквивалентно RTMed korea или B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--