

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Polyester 2/0	RTMED	<p>Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող: Պատրաստված է պոլիէսթերից՝ սիլիկոնով պատված պոլիէթիլենային տերեֆտալատի պոլիմեր: Պոլիէսթեր կարը միատեսակ պատված է պոլիբուրիլատով կամ պոլիով (օքսի-1, 4 բութանադիիլօքսի) (1, 6-դիոքսո-1, 6 հեքսանադիիլ): Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Պայմանական չափը 2/0:</p> <p>Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնի կրկնակի շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդամնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով</p>

հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:

Ասեղները ծակող, կորուսյունը 3/8 , 2*25 մմ±1մմ երկարությամբ:

Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիությունը ներքին ներդիրին մեկ շարժումով` թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թո՛ւ՛ն՛ի՛ն Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Polyester 2/0	RTMED	<p>Нить стерильная хирургическая, тканая, не впитывающаяся. изготовлен из полиэстера, полимера полиэтилентерефталата с силиконовым покрытием. полиэфирный шов равномерно покрыт полибутиллатом или полиомиелитом (оксид-1,4 бутандиилоксида) (1,6-диоксо-1,6 гександиил).</p> <p>Обычный размер 2/0. игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава и покрыта двойным слоем силикона, который способствует уменьшению трения между иглой и тканями, облегчая прохождение иглы через ткани: Игла должна быть изготовлена из высококачественного медицинского нержавеющей сплава, должна быть более устойчивой к необратимой деформации, чем игла из обычного нержавеющей металла, что позволяет не менять иглу во время операции, повышая контроль над иглой и уменьшая травматизацию тканей. качество сплава не должно уступать качеству сплава серии 302 по классификации AISI. Игла должна иметь такую структуру (продольные канавки в части захвата иглой), благодаря</p>

			<p>которой она надежно фиксируется в игле. прокалывание игл, кривизна 3/8 , Длина 2*25 мм±1 мм. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутренней вставке одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. внутренняя вставка из стерильного шва должна содержать маркировку, на которой указаны название шва, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя, код Матрицы, условный и метрический размер нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл. срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, на момент сдачи остаточный срок годности: не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года , не менее 2/3 для товаров со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для товаров со сроком годности более 2 лет. наличие сертификатов качества</p>
--	--	--	---