

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |  |  |                        |  |
|--------------------|-----------------------|--|--|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                                    | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 66                 | Liofilchem            | Սկավառակներ<br>հակամանրէային,<br>Էրտապենեմ 10 ,<br>N50 | Սկավառակներ<br>հակամանրէային,<br>Էրտապենեմ 10 ,<br>N50 | Liofilchem             | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով<br>ներծծված թղթ սկավառակներ<br>հակամանրէային զգայունությունը<br>որոշելու համար՝ դասավորված<br>հատուկ , դիսպենսերին<br>հարմարացվող քարթիջների մեջ:<br>Սկավառակների թղթերը պետք է<br>պատրաստված լինեն WHO կամ FDA<br>պահանջներին համապատասխան:<br>1 քարթիջը պարունակում է 50<br>սկավառակ: Պահպանման ժամկետը<br>նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;<br>Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի<br>կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ<br>պետք է լինի սկավառակի վրա |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Նշված կոնցենտրացիայի 90-125%:<br/>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի<br/>միատեսակ ( ժամկետի,<br/>արտադրողի և փաթեթավորման<br/>առումով):Արտադրանքը պետք է<br/>ունենա ISO 9001, 13485<br/>հավաստագրեր , որակի<br/>հավաստագիր յուրաքանչյուր<br/>խմբաքանակի համար և որակի<br/>փորձարկման արդյունքների<br/>վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ<br/>նշված լինի EUCAST-ի<br/>մեթոդաբանությամբ թեստավորման<br/>մասին: Պարտադիր է ֆիրմային<br/>նշանի առկայությունը և<br/>տեխնիկական պարամետրերը<br/>հավաստող վկայագրերի<br/>առկայությունը:հակաբիոտիկի և<br/>հակամակային սկավառակների<br/>պատվերը ըստ պատվիրատուի<br/>պահանջի: Հանձնելու պահին<br/>պիտանիության ժամկետի 1/2<br/>առկայություն</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕУХУП2Р-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |  |  |                            |  |
|------------|------------------------|--|--|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак                          | марка                                  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 66         | Liofilchem             | Антимикробные диски, эртапенем 10, N50 | Антимикробные диски, эртапенем 10, N50 | Liofilchem                 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90-125% от концентрации, указанной на диске. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке).</p> <p>Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика. «1/2 срока годности на момент доставки»</p> |
|--|--|--|--|--|