

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 26 | CRP-lex | CRP-lex | CRP-lex | Delta Ltd | <p>C-Ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ լատեքս ագլուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: R1- 5մլ CRP-լատեքս ռեագենտ, R2- 20մլ բուժերային աղի լուծույթ, R3-0,5մլ CRP- դրական կոնտրոլ, R4- Պլաստիկ սլայդներ թեստի համար , բազմակի օգտագործման: Պահպանման պայմանները 2-8C :1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For rInVitroDiagnosticonly |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26 | CRP-lex | CRP-lex | CRP-lex | Delta Ltd | C-Ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ լատեքս ագլուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: R1- 5մլ CRP-լատեքս ռեագենտ, R2- 20մլ բուժերային աղի լուծույթ, R3-0,5մլ CRP- դրական կոնտրոլ, R4- Պլաստիկ սլայդներ թեստի համար , բազմակի օգտագործման: Պահպանման պայմանները 2-8C :1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային կապիտալ առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For rInVitroDiagnosticonly |
|--|--|--|--|--|---|