

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻԶԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
91	"Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է Եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦРЧ-ЕЦЦТQR-25/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
91	