

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Radiofocus Guidewire	.	Terumo	Վաերի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Վաեր ուղղորդիչ կաթետերի պահանջվող երկարությանն Է՝ 260 սմ: Պետք է պատված լինի հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 mm): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի

				ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 204P4-CTCTQ2P-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Radiofocus Guidewire	.	Terumo	Стержень катетера изготовлен из нитинола (мягкий), покрыт слоем полиуретана, содержащего вольфрам, рентгеноконтрастный. Требуемая длина катетера 260 см. Он должен быть покрыт специальным гидрофильным покрытием и обладать высокой гибкостью. Наконечник головки должны быть наклонены. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры по диаметру: 0,035" (0,89 мм). Сертификат(ы) качества CE MARK обязательны для любой поставляемой партии. Должны быть новыми , неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включать технические характеристики, характеристики и инструкции по применению в виде заводского руководства. На момент поставки он

				должен иметь не менее 50% от полного срока годности. "В рамках Бесплатная медицинская помощь и услуги, гарантированные государством населению, тромболитическая терапия и механическая Продукт, приобретенный с целью предоставления услуг тромбэктомии.
--	--	--	--	--