ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CRP lex	CRP lex	CRP lex	Delta Ltd	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Բուֆերի առկայություն տիտրի համար C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ

						ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության

						ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL՝: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար

						առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃՍ ՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	CRP lex	CRP lex	CRP lex	Delta Ltd	С-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Բուֆերի առկայություն տիտրի համար անհրաժեշտ՝ 2/3, 2 տարողություն ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 15 մմխ: Ռևմատոիդ գործոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու (RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 1 տարի պիտանելության ժամկետ՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ՝ 1 տարի պիտանելության ժամկետ՝ մինչև 1

					ժամանակահատվածում 75% և ավելի տոկոսով փոխարինելու անհրաժեշտության դեպքում 2/3 աստիճանի տաքացուցիչ մարմինների ջերմային հզորությունը կարող է հաշվարկվել՝ ելնելով ջերմաստիճանի հանրագումարային տարբերությունից՝ հաշվի առնելով ջերմաստիճանի ռեժիմը՝ 105-70 °C-ի փոխարեն 95-70 °C-ի ռեժիմի համար: Ջերմային հզորության հաշվարկը կատարվում է ըստ ՀՀՇՆ 2.04.01-85 «Ներքին ջրմուղ և կանալիզացիա» շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջների:

					առնվազն 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ դրան համարժեք: Սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 100.0% Ապահովել տեխնիկական սպասարկում 100.0% տարածքում: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ դրան համարժեք:
					շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ

						ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA՝ Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու (RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով:

						Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ բուֆերի առկայություն տիտրի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Ամիլազի որոշման տեստ հավաքածու (a-Amylase կամ համարժեք)Մեթոդ կինետիկ : Ֆորմատ: 5 x 5 Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար

						առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Քթի քսուքում Ա խմբի բետա հեմոլիտիկ Ստրեպտակոկի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: թեստ կասետ՝ յուրաքանչյուրն առանձին փաթեթավորմամբ: Պլաստմասե կաթոցիկներ, փորձանոթներ, անհրաժեշտ լուծույթներ: Պահպանման պայմանները՝ 2-300C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն , Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood) Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette) Հետազոտվող նմուշ՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն Հետազոտության համար

					անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե Զգայունությունը՝ 100.0% Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100.0% Overall agreement: 100.0% Ֆորմատ 30 թեսթ-կասետ/տուփ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: