

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Biotronik	Biotronik	Biotronik	<p>Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորություն, չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 10cc, երկարությունը ոչ ավել քան 48մմ, քաշը ոչ ավել քան 20,8գր: Օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ Ֆունկցիայով և ավտոմատ 5վ անվտանգության ռեգերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոնսենկտորի տիպը ` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ</p>

				<p>Ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու նախասրտային Էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Республика Беларусь в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Biotronik	Biotronik	Biotronik	<p>Устройство для контроля сердечного ритма, двухкамерный с принадлежностями, МРТ совместимость не менее 1,5 тесла. Устройство имеет физиологическую кривизну, размеры: объем не более 10сс, длина не более 48мм, вес не более 20,8г. Функция автоматической записи импульсов и ударов и автоматический резервный импульсный выход 5В.</p> <p>Должен включать алгоритмы предпочтения собственного преджелудочкового ритма и ритма подавления влесков. Имеет программируемую сигнальную систему АТ / АF. Тип Соединителя: IS-1. Режимы работы: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает два МРТ-совместимых предсердечных электрода с активной фиксацией и два интрадюзера. Должен быть</p>

				<p>применимо с пропраматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем.</p>
--	--	--	--	---