

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	լսողության չափման սարքեր	լսողության չափման սարքեր	լսողության չափման սարքեր	լսողության չափման սարքեր	Լսողության ստուգման սարք (տիմպանոմետր)՝ նախատեսված է միջին ականջի սկրինինգի թեստեր իրականացնելու համար, սարքով պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ավտոմատ տիմպանոմետրիայի փորձարկում՝ 226 Հց պրոբի տոնով, մուտք - ելք՝ մաքուր տոն - ԱԿ: Սարքը միաժամանակ պետք է հնարավոր լինի միացնել լիցքավորման ապարատին և տվյալները փոխանցելու համար կցել համակարգչին: Պետք է ունենա համապատասխան լիցենզիաներ,

որոնք թույլ կտան իրականացնել  
աէկոստիկ ռեֆլեքսների  
փորձարկում և սկրինինգի մաքուր  
տոնով աուդիոմետրիա: Սարքն  
պետք է ունենա գունավոր,  
գրաֆիկական դիպչող էկրան՝  
թափանցիկ ինտերֆեյսով, չափը  
2.8", ռեզոլյուցիան 240x320 պիքսել:  
Պետք է ունենա հիշողության մեջ  
մինչև 50 հետազոտության  
տվյալների պահպանման  
հնարավորություն: Մարտկոցը  
պետք է ապահովի առնվազն 4 ժամ  
շարունակական աշխատանք: Քաշը  
ոչ ավել քան 350գ: Լրակազմը պետք  
է ներառի բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ պարագաները, որոնք  
անհրաժեշտ են լիարժեք  
գործունեության համար՝ USB  
մալուխ, բժշկական դասի էներգիայի  
մատակարարման բլոկ, Inventis  
Maestro ծրագրաշար, USB միացման  
հիշողություն և այլն: Սարքը պետք է  
լինի նոր, չօգտագործված, փակ  
գործարանային տուփով,  
օգտագործողի հայերեն կամ  
ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը  
պետք է ապահովի սարքավորման  
անվնաս տեղափոխումը,

				<p>տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	լսողութայան չափման սարքեր	լսողութայան չափման սարքեր	լսողութայան չափման սարքեր	լսողութայան չափման սարքեր	Լսողութայան ստուգման սարք (տիմպանոմետր)՝ նախատեսված է միջին ականջի սկրինինգի թեստեր իրականացնելու համար, սարքով պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ավտոմատ տիմպանոմետրիայի փորձարկում՝ 226 Հց պրոբի տոնով, մուտք - ելք՝ մաքուր տոն - ԱԿ: Սարքը միաժամանակ պետք է հնարավոր լինի միացնել լիցքավորման ապարատին և տվյալները փոխանցելու համար կցել համակարգչին: Պետք է ունենա համապատասխան լիցենզիաներ,

որոնք թույլ կտան իրականացնել  
աէկոստիկ ռեֆլեքսների  
փորձարկում և սկրինինգի մաքուր  
տոնով աուդիոմետրիա: Սարքն  
պետք է ունենա գունավոր,  
գրաֆիկական դիպչող էկրան՝  
թափանցիկ ինտերֆեյսով, չափը  
2.8", ռեզոլյուցիան 240x320 պիքսել:  
Պետք է ունենա հիշողության մեջ  
մինչև 50 հետազոտության  
տվյալների պահպանման  
հնարավորություն: Մարտկոցը  
պետք է ապահովի առնվազն 4 ժամ  
շարունակական աշխատանք: Քաշը  
ոչ ավել քան 350գ: Լրակազմը պետք  
է ներառի բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ պարագաները, որոնք  
անհրաժեշտ են լիարժեք  
գործունեության համար՝ USB  
մալուխ, բժշկական դասի էներգիայի  
մատակարարման բլոկ, Inventis  
Maestro ծրագրաշար, USB միացման  
հիշողություն և այլն: Սարքը պետք է  
լինի նոր, չօգտագործված, փակ  
գործարանային տուփով,  
օգտագործողի հայերեն կամ  
ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը  
պետք է ապահովի սարքավորման  
անվնաս տեղափոխումը,

				<p>տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--