

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
97	Շաքարաչափ թեստ	Շաքարաչափ թեստ	Խոֆման լյա ռոշ	<p>Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ, համատեղելի Accu- Chek կամ Contour Plus շաքարաչափերի հետ: Նախատեսված փակ համակարգի համար նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդը էլեկտրոքիմիական, չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը 15 վրկ: Արյան ծավալը ոչ ավել քան 0.6մկլ: Հեմատոկրիտիթուրայատրելի միջակայքը`10-65% Կալիբրացիա` համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսեոկինազային մեթոդի վրա: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը առնվազը 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50</p>

%ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦХЦПQР-2025/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
97				