

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՈԲՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Lepu	Lepu	Lepu Neo ECG T180 սարքավորման համար ԷՍԳ-ի մալուխ 10 արտածումներով: Մալուխները պետք է իրենց կազմում ունենան վակուումային բարձիկները 6 հատ և վերջույթների սեղմակները 4 հատ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
55	Lepu	Lepu	Lepu Neo ECG T180 սարքավորման համար ԷՍԳ-ի մալուխ 10 արտածումներով: Մալուխները պետք է իրենց կազմում ունենան վակուումային բարձիկները 6 հատ և վերջույթների սեղմակները 4 հատ: