

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 60              | Silverway          | Asahi Intecc        | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի): J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |   |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики  |
| 60         | Silverway              | Asahi Intecc               | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի): J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |