

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ցենտրալ Մեդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Backman Coulter | - | FP, FLOW CHECK PRO IVD 3 X 10 ML KIT ֆլյուորեսցենտային միկրոսֆերաների լուծույթ է, որն օգտագործվում է Navios EX 10/3 հոսքային ցիտոմետրի ամենօրյա ստուգման և տրամաչափման համար 3x10 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Յեկարալ Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики |
| 2 | - | - | - |