

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	--	--	Lepu Neo ECG T180 սարքավորման համար ԷՍԳ-ի մալուխ 10 արտածումներով: Մալուխները պետք է իրենց կազմում ունենան վակուումային բարձիկները 6 հատ և վերջույթների սեղմակները 4 հատ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВИТА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦХЦПР-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
55			