

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ճկուն Էնդոսկոպի համակարգ	Seesheen	GQ1029	Seesheen Endoscopy	Ճկուն Էնդոսկոպ` նախատեսված կոկորդի, քթի և բերանի խոռոչի հետազոտման, դժվար ինտուբացիայի համար: Աշխատանքային մեթոդը CMOS Chip on tip տեխնոլոգիայով, LED լուսավորության աղբյուրով, լուսավորությունը առնվազն 10000 լյուքս: Վիդեո գրանցման և ցուցադրման համակարգ մոնիտորով, արտաքին մոնիտորի միացման հնարավորությունով, ելքերը առնվազն CVBS, HMDI, տեսաձայնագրման և ֆոտո հնարավորությունով: Տեսանյութերի

և լուսանկարների իրական
ժամանակի նվազարկում: Իրական
ժամանակի դիտարկման և
ձայնագրման գործառույթ:
Ներկառուցված լիցքավորվող
մարտկոցով: Սպիտակ
հավասարակշռության գործառույթ:
Պայծառության կարգավորում՝ երեք
մակարդակ: Գունային
պարամետրերի ճշգրտում:
Ներկառուցված մոնիտորը առնվազն
10 դյույմ, հպումային
կառավարմամբ, թողունակությունը
առնվազն 1280*800 պիքսել:
Ապահովված է արտաքին
հիշողության քարտով, հիշողության
ծավալը՝ ոչ պակաս քան 64 ԳԲ:
Դիտման անկյունը 0 աստիճան,
տեսադաշտը առնվազն 90
աստիճան, կիզակետային
հեռավորությունը առնվազն 3-50մմ
տիրույթում կամ ավել, ճկուն մասի
տրամագիծը ոչ ավել քան 2,2մմ,
կառավարման առնվազն 3 կոճակով:
Աշխատանքային երկարությունը ոչ
պակաս քան 300մմ, ընդհանուր
երկարությունը ոչ ավել քան 520մմ,
թեքման անկյունները առնվազն՝
վերև 150/ներքև 130 աստիճան:

				<p>Քաշը ոչ ավել քան 300գ: Պաշտպանության դասը առնվազն IPX7: Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված, լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ CE MDD93/42/EEC կամ FDA, ISO 13485:2012, ISO 8600:2012, IEC 60601-2-18, IEC60601-1-2,</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY9F4-EMAMQ2P-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ճկուն Էնդոսկոպի համակարգ	Seesheen	GQ1029	Seesheen Endoscopy	Ճկուն Էնդոսկոպ՝ նախատեսված կոկորդի, քթի և բերանի խոռոչի հետազոտման, դժվար ինտուբացիայի համար: Աշխատանքային մեթոդը CMOS Chip on tip տեխնոլոգիայով, LED լուսավորության աղբյուրով, լուսավորությունը առնվազն 10000 լյուքս: Վիդեո գրանցման և ցուցադրման համակարգ մոնիտորով, արտաքին մոնիտորի միացման հնարավորությունով, ելքերը առնվազն CVBS, HMDI, տեսաձայնագրման և ֆոտո հնարավորությունով: Տեսանյութերի

և լուսանկարների իրական
ժամանակի նվազարկում: Իրական
ժամանակի դիտարկման և
ձայնագրման գործառույթ:
Ներկառուցված լիցքավորվող
մարտկոցով: Սպիտակ
հավասարակշռության գործառույթ:
Պայծառության կարգավորում՝ երեք
մակարդակ: Գունային
պարամետրերի ճշգրտում:
Ներկառուցված մոնիտորը առնվազն
10 դյույմ, հպումային
կառավարմամբ, թողունակությունը
առնվազն 1280*800 պիքսել:
Ապահովված է արտաքին
հիշողության քարտով, հիշողության
ծավալը՝ ոչ պակաս քան 64 ԳԲ:
Դիտման անկյունը 0 աստիճան,
տեսադաշտը առնվազն 90
աստիճան, կիզակետային
հեռավորությունը առնվազն 3-50մմ
տիրույթում կամ ավել, ճկուն մասի
տրամագիծը ոչ ավել քան 2,2մմ,
կառավարման առնվազն 3 կոճակով:
Աշխատանքային երկարությունը ոչ
պակաս քան 300մմ, ընդհանուր
երկարությունը ոչ ավել քան 520մմ,
թեքման անկյունները առնվազն՝
վերև 150/ներքև 130 աստիճան:

				<p>Քաշը ոչ ավել քան 300գ: Պաշտպանության դասը առնվազն IPX7: Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված, լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ CE MDD93/42/EEC կամ FDA, ISO 13485:2012, ISO 8600:2012, IEC 60601-2-18, IEC60601-1-2,</p>
--	--	--	--	--