

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ներարկիչ	Ավտոմատ ներարկ իջկոմպոնենտ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ Ավտոմատ ներարկիչ	Ներարկիչ	Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ : Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան : Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)

: Հոսքի արագությունը ոչ պակաս
 քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ
 միջակայքում : Հոսքի արագության
 աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ :
 Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ
 պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ
 միջակայքում ժամանակի լիմիտը` ոչ
 պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ
 տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր
 արտադրողների)` 5 ից 60 մլ,
 Ճշգրտություն (սախատեսված
 ներարկիչներ): $\pm 2\%$ խցանման
 ճնշումը` կարգավորելի KVO`
 կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև
 10 մլ / ժամ Բոլուս` կարգավորելի ոչ
 պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ
 տիրույթում Տազնապային
 ազդանշանային / անվտանգության
 տալիս է հետևյալ դեպքերում.
 խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է,
 ցածր մարտկոց ծրագրավորման
 սխալ, ներարկիչի սխալ
 դիրքավորում, ամրացման սխալ
 Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ
 ճանաչելիություն Հոսանքի
 արտահոսքի պաշտպանություն
 (սարքավորումների տեսակը CF)
 Պաշտպանություն
 Էլեկտրական հարումներից (II դասի

				սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն - Էլեկտրական II դաս , Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ներքև ներկայացված առարկայի մասին լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Ներարկիչ	Ներարկիչ	Ներարկիչ	Ներարկիչ	Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc Ներարկիչ : Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան : Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)

					: Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում : Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ : Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, Ճշգրտություն (նախատեսված ներարկիչներ): $\pm 2\%$ խցանման ճնշումը` կարգավորելի KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի
--	--	--	--	--	---

				սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն - Էլեկտրական II դաս , Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---