

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք` 1-100%, Ահագանգի միջակայք` 40-100% , Թողունակությունը` 1 %, Ճշգրտությունը` 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք` մոտ 1 վրկ. , Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք` 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը` 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն` ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման

և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մոլտքային դիմադրություն. $> 2.5 \text{ } \Omega$, Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ $0.3\text{-}5.0\Omega$ Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ $0\text{-}2.5\Omega$, Թողունակություն՝ $0.3\text{-}2.5 \text{ } \angle g$ Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: $0\text{-}120 \text{ rpm}$, Neo/Ped: $0\text{-}150 \text{ rpm}$ Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնոե ահագանգ՝ $10\text{-}40 \text{ S}$ Ձերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ $0\text{-}50^{\circ}\text{C}$, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

				NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համարԼրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Утѣщѣн УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕУДЧУПДР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք՝ 1-100%, Ահագանգի միջակայք՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 % , Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե, Շնչառություն (Respiration) Չափման

և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մոլտքային դիմադրություն. $> 2.5 \text{ } \Omega$, Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ $0.3\text{-}5.0\Omega$ Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ $0\text{-}2.5\Omega$, Թողունակություն՝ $0.3\text{-}2.5 \text{ } \angle g$ Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: $0\text{-}120 \text{ rpm}$, Neo/Ped: $0\text{-}150 \text{ rpm}$ Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնոե ահագանգ՝ $10\text{-}40 \text{ S}$ Ձերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ $0\text{-}50^{\circ}\text{C}$, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

				NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---