

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Benchtop pH/ORP/Ion Meter	Սեղանի իոնոմեր pH/ՕՎՊ	PH-920	Biobase	Սեղանի իոնոմեր pH/ՕՎՊ: Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը` $\pm 0,002$ pH; pH միջակայքը` -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ` ճշգրտությունը` ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը` ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD Էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են

				<p>հոսսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦΔΥΠΖΡ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35					