

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՍ ՍԵՂԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	"Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս "	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	"Թեստ-երիզներ` նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար: Չափման ժամանակահատվածը` 5 վրկ: Չափման միջակայքը` 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան` 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան` 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն` 10%-93%: Հեմատոկրիտի թուլյատրեւի միջակայքը`0-70%: Գործառնական բարձրություն` ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության

				դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: "
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 08P4-ECXU7QF-2025/5
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					